


Ringonderzoek identificatie asbest in bulkmaterialen



Deelnemer

Flamant Analyse BV
Paardeweide 24b
4824 EH
Breda

Codering ringonderzoek

RIAB 81

De volgende vezelsoorten werden aangetroffen:

	8101		8102		8103		8104	
Vezelsoort	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie
Chrysotiel	10-15%	10-15%	0,1-2%	2-5%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Amosiet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Crocidoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Tremoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Actinoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Anthofylliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	2-5%	5-10%	<0,1%	<0,1%
	Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10	

De totaalscore voor deze ronde bedraagt **100**


De resultaten vallen hiermee in de categorie **Voldoende**

Het totaalresultaat over de laatste vier ronden bedraagt **100**

Het totaalresultaat over de laatste vier ronden valt hiermee in de categorie **Voldoende**

Datum: 2020-04-20

Handtekening



VSL
Dutch
Metrology
Institute